

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 マデック寒天培地
ロット番号 : *****
製造日 : ****年 **月 **日
有効期限 : 製造日より3ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	青紫色で澄明である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH 6.8±0.2	合格
発育試験 <i>Salmonella</i> Enteritidis IFO 3313	発育良好で、黒色の集落を形成*1	合格
<i>Salmonella</i> Typhimurium IFO 12529	発育良好で、黒色の集落を形成*1	合格
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	ほとんど発育しない*1	合格
特記事項	*1 35℃にて24時間培養後に判定	
総合判定		合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		