

## 試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 マッコンキー寒天培地 局方対応  
ロット番号 : \*\*\*\*\*  
製造日 : \*\*\*\*年 \*\*月 \*\*日  
有効期限 : 製造日より3ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	赤みがかった茶色から暗赤色で、透明である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH 6.9~7.3	合格
発育試験 <i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	発育良好*1 赤色のコロニーを形成する 周囲に混濁帯を形成する	合格
特記事項	本製品は三薬局方に準拠しています。 *1 試験菌100cfu以下を接種し、30~35℃、好気培養にて18時間以内に確認	
総合判定		合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		

atect