

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 サブロー寒天培地 局方対応
ロット番号 : *****
製造日 : ****年 **月 **日
有効期限 : 製造日より3ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	黄色がかった茶色で透明である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH 5.4~5.8	合格
発育試験 <i>Candida albicans</i> NBRC 1594	回収率 50~200% ^{*1}	合格
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ^{*2} ATCC 16404	回収率 50~200% ^{*1}	合格
特記事項	本製品は三薬局方に準拠しています。 *1 試験菌100cfu以下を接種し、20~25℃、好気培養にて5日以内に確認 *2 第16改正日本薬局方により、菌株の名称を変更しています。(旧名称 <i>Aspergillus niger</i>)	
総合判定		合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		

atect