

## 試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 SCDLP寒天培地  
 ロット番号 : \*\*\*\*\*  
 製造日 : \*\*\*\*年 \*\*月 \*\*日  
 有効期限 : 製造日より3ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	黄色がかった茶色で透明である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH 7.1~7.5	合格
発育試験		
<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 13276	回収率 50~200% <sup>*1</sup>	合格
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 13275	回収率 50~200% <sup>*1</sup>	合格
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	回収率 50~200% <sup>*1</sup>	合格
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	回収率 50~200% <sup>*1</sup>	合格
<i>Candida albicans</i> NBRC 1594	回収率 50~200% <sup>*2*3</sup>	合格
<i>Aspergillus brasiliensis</i> <sup>*4</sup> ATCC 16404	回収率 50~200% <sup>*2*3</sup>	合格
特記事項	*1 試験菌100cfu以下を接種し、30~35℃、好気培養にて3日以内に確認 *2 試験菌100cfu以下を接種し、30~35℃、好気培養にて5日以内に確認 *3 試験菌100cfu以下を接種し、20~25℃、好気培養にて5日以内に確認 *4 第16改正日本薬局方により、菌株の名称を変更しております。(旧名称 <i>Aspergillus niger</i> )	
総合判定		合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		

**atect**