

株式会社アテクト

御中

試験報告書



オルガノ株式会社



本 社 〒136-8631 東京都江東区新砂1丁目2番8号
 開発センター 分析グループ
 〒252-0332 神奈川県相模原市南区西大沼4丁目4番1号
 TEL 042-702-7823 FAX 042-702-7843

試料No.	試料名	試料採取年月日	試料採取者名
1	純水(A3)	2020/4/9	

ご提出いただきました試料について結果を下記の通り報告致します。

試 験 項 目		
電気伝導率	(μ S/cm)	< 1.0
TOC(湿式酸化法)	(μ g/L)	< 10
亜鉛	(μ g/L)	< 0.1
硫酸イオン	(μ g/L)	< 0.1
塩化物イオン	(μ g/L)	< 0.05
イオン状シリカ	(μ g/L)	< 0.1

備 考	
------------	--