

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 卵黄加NGKG寒天培地
ロット番号 : *****
製造日 : ****年**月**日
有効期限 : 製造日より6ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH6.8±0.2	合格
発育試験 <i>Bacillus cereus</i> IFO 3836	発育良好*1 灰白色のコロニーを形成し、コロニー周辺の培地が濃いピンク色に変化するとともに、コロニー周辺に卵黄反応によるハローを形成する	合格
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	発育抑制*1	合格
特記事項	*1 35℃にて24時間培養後に判定	
総合判定		合格

判定日	品質保証責任者	試験担当者
****年**月**日		