

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 CP加ポテトデキストロース寒天培地
ロット番号 : *****
製造日 : ****年**月**日
有効期限 : 製造日より6ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	淡黄色で澄明である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH5.4～5.8	合格
発育試験		
<i>Candida albicans</i> NBRC 1594	発育良好*1	合格
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	発育良好*1	合格
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	発育抑制*2	合格
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	発育抑制*2	合格
特記事項	*1 試験菌100cfu以下を接種し、20～25℃、好気培養にて5日以内に確認 *2 試験菌100cfu以上を接種し、20～25℃、好気培養にて5日後に確認	
総合判定		合格

判定日	品質保証責任者	試験担当者
****年**月**日		

atect