Product Information

全てのお客様のために 直販のブランド

Full-Steri

大腸菌群検査用 BGLB 液体培地・2 倍濃度 BGLB 液体培地


~クリアな試験管で見やすい!ダーラム管入り調製済み培地~

BGLB 液体培地ご使用方法

- ■10 倍・100 倍・1000 倍の希釈試料液をご用意ください。
- ■キャップを開ける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を 除いてください。
- ■キャップをあけ、各倍率の希釈し試料液 1ml をそれぞれ 3 本(計 9 本)の BGLB 液体培地に滴下してください。
- ■ダーラム管の中に気泡が無いことを確認し、乳及び乳製品の 場合は、32~35°C、24±2時間、それら以外の検体の場合は 35±1℃、48±3 時間培養を行ってください。
- ■ダーラム管の中に気泡が認められた場合、大腸菌群陽性と判断します。
- ■確定試験をする場合には、EMB 寒天培地で行ってください。

2 倍濃度 BGLB 液体培地ご使用方法

- ■キャップを開ける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管中から気泡を除 いてください。
- ■試料液 10mlを 2 倍濃度 BGLB 液体培地に加え混合して下さい。
- ■ダーラム管の中に気泡が無いことを確認し35±1°C、48±3時間培養を行
- ■ダーラム管の中に気泡が認められた場合、大腸菌群陽性と判断します。
- ■確定試験をする場合には、EMB 寒天培地で行ってください。



BGLB 液体培地

2 倍濃度 BGLB 液体培地

特徴

- ■自家調製不要。すぐに検査で使用可
- ■自立式の容器、両手で作業時に便利
- ■滅菌済み

BGLB 液体培地

牛乳・乳製品(アイスクリーム類、発酵乳、 乳酸菌飲料、バター・バターオイル、プロセスチ ーズ、濃縮ホエイ以外) などの栄養分の豊富 な食品にご使用下さい

2 倍濃度 BGLB 液体培地

魚肉練製品、鯨肉製品、包装後加熱食肉製品 にご使用下さい

■ 製品仕様

| 品 番 | 3201053-12003 | 3205 |
|-------|---|---|
| 品 名 | BGLB 液体培地 | 2 倍濃度 BGLB 液体培地 |
| 入 娄 | 240 本(40 本×6 箱) | 100 本(1 箱) |
| 価 村 | ま お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 本体サイス | 試験管 18mm(直径) ×100mm スクリューキャップ付 ダーラム管 7mm(直径) ×30mm | 試験管 29mm(直径) ×83.5mm スクリューキャップ付 ダーラム管 7mm(直径) ×30mm |
| 材質 | 本体(試験管):通常 BGLB:ポリプロピレン 2 倍濃度 BGLB:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン ダーラム管:ポリカーボネート | |
| 容 量 | ₫ 10ml/本 | 10ml/本 |
| 使用期阻 | 製造日より6ヵ月 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 常温保存 | |
| 送 # | 弊社負担 | |
| | | |

BGLB 液体培地は 120 本、60 本もございます。 サンプルをご用意しております。お申しつけください。

全てのお客様のために

直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ

TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 液体培地



回端回 滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL https://www.atect.co.jp/

E-mail biosales@atect.co.jp