Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri

糞便系大腸菌群検査用　EC 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

使用方法

1. 段階希釈した試料液をご用意下さい。
2. キャップをあける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いて下さい。
3. キャップをあけ、試料液 1mlをそれぞれ 3 本（または 5 本）の本品に滴下して下さい。
4. 恒温水槽を用いて、44.3℃～44.7℃で 22～26 時間培養します。
5. ダーラム管の中に気泡が見られれば、陽性と判断できます。
6. 確定試験をする場合には EMB 寒天培地で行って下さい。

※希釈倍率・検査本数については検体により異なります。

■検出可能な菌：糞便系大腸菌群
■培養条件：44.3℃～44.7℃　24±2 時間
■判　　定：ダーラム管に気泡有で陽性



特　徴

■糞便系大腸菌群用培地

■自家調製不要ですぐに検査で使用可能

■自立式の容器の為、両手作業時に便利

■滅菌済み製品

■生ハム、ソーセージ等の食肉製品や冷凍食品(加熱後摂取・凍結前未加熱食品：フライドポテトなど)で使用可能

■　製品仕様

品　　番	3201053-12042	3201053-12142
入　　数	240 本(40 本×6 箱)	120 本(40 本×3 箱)
価　　格	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい
本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付	
材　　質	本体(試験管)：ポリプロピレン　キャップ：ポリエチレン ダーラム管：ポリカーボネート	
容　　量	10ml/本	
使用期限	製造日より9ヵ月	
保存方法	常温保存	
送　　料	弊社負担	

60 本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880　FAX0120-82-4929

アテクト　液体培地　検索

株式会社 アテクト
滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1
TEL　0748-20-3535
FAX　0748-25-7171
URL　https://www.atect.co.jp/
E-mail　info-bio@atect.co.jp